Information produit
ID 212 désinfection des instruments

ID 212 - aperçu rapide

- Concentré pour le nettoyage et la désinfection des instruments généraux et chirurgicaux (par ex. : miroirs, sondes, pincettes, pinces, etc.) en cabinet, en laboratoire et en milieu hospitalier dans le secteur dentaire.
- Spectre d'action large : bactéricide, levuricide, tuberculocide dans un bain à ultrasons, virucide à action limitée (virus enveloppés tels que VHB, VHC, VIH ainsi que les coronavirus), adénovirus et norovirus non enveloppés.
- Testé selon les méthodes actuelles de la VAH et les normes européennes. Activité virucide limitée selon la directive DVV/RKI ainsi que les normes EN 14476 et EN 17111.
- Liste VAH. Liste des désinfectants de l'IHO.
- ID 212 est économique grâce à la faible concentration nécessaire, selon VAH seulement 2 %.
- Particulièrement approprié pour l'utilisation dans des appareils à ultrasons comme Hygosonic.
- Excellente compatibilité avec les matériaux, notamment avec les instruments qui ont des parties de caoutchouc/silicone.
- Sans aldéhyde – agit sur la base de composés d'ammonium quaternaire.

Propriétés

ID 212 de la gamme de produits d'hygiène Dürr Dental est un concentré puissant exempt d'aldéhyde pour le nettoyage et la désinfection des instruments généraux et chirurgicaux (par ex. : miroirs, sondes, pincettes, pinces, etc.) en cabinet, en laboratoire et en milieu hospitalier dans le secteur dentaire. Un autre domaine d'utilisation est le nettoyage et la désinfection des instruments rotatifs sensibles aux alcalis et à l'alcool, comme par exemple les fraises soudées en carbure de tungstène, en pierre de corindon raffiné et les polissoirs en caoutchouc. Convient aussi aux instruments d'endodontie de nickel-titane ainsi qu'à certains instruments à colle de résine synthétique. ID 212 ménage les matériaux.

Composition du produit

ID 212 repose sur une combinaison de composés d'ammonium quaternaire. 100 g de la solution ID 212 contiennent 9 g de chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium, 0,1 g de composé de guanidine, des tensioactifs non ioniques, des composants détergents alcalins, des agents de chélation, du salicylate de benzyle, des excipients.

Efficacité antimicrobienne

ID 212 a un effet bactéricide, levuricide, tuberculocide dans un bain à ultrasons, virucide à action limitée (virus enveloppés tels que VHB, VHC, VIH ainsi que les coronavirus), adénovirus et norovirus non enveloppés. ID 212 figure sur la liste VAH et la liste des désinfectants de l'IHO. Produit contrôlé sous une forte charge organique selon les normes EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 et la directive DVV/RKI.

Utilisation

Utiliser la solution de nettoyage ID 212 à une concentration de 2 % pour une durée d'action de 5 min. Pour ce faire, doser 20 ml de solution ID 212 à l'aide du gobelet doseur se trouvant dans le bouchon (le marquage correspond à 20 ml), puis y ajouter de l'eau jusqu'à atteindre 1 litre. Suite au nettoyage, rincer abondamment les instruments à l'eau courante et, le cas échéant, les nettoyer à nouveau de manière manuelle. Désinfecter ensuite les instruments nettoyés à l'aide de la solution ID 212. La solution ID 212 est utilisée à une concentration de 2 % ou 4 %. La durée d'action selon la VAH est de 2 % – 5 min (bactéricide/levuricide). Une inactivation des virus se fait à 4 % pendant 60 min et des bactéries Tb dans le bain à ultrasons à 2 % pendant 60 min. Après le temps d'action, rincer soigneusement les instruments désinfectés à l'eau courante de qualité potable au moins (de préférence déminéralisée) pendant 15 secondes au minimum, puis sécher. Respecter les instructions du fabricant ainsi que les prescriptions nationales relatives au retraitement d'instruments associés à des exigences particulières. Ne convient pas à la désinfection finale des dispositifs médicaux critiques et semi-critiques.

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des tests internes approfondis et des études scientifiques externes. Elles sont données au mieux de nos connaissances. Notre responsabilité en la matière est régie par nos « Conditions générales de vente et de livraison » disponibles sur simple demande.

DÜRR DENTAL

Information produit
ID 212 désinfection des instruments

Comportement écologique
L'emballage est en polyéthylène et polypropylène et peut donc être recyclé en tant que matière première ou exploité en tant que source d'énergie thermique. Rincer la bouteille à l'eau pour le recyclage.
Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité.

Durée de conservation
Ne pas utiliser le produit après la date de péremption imprimée sur le produit. Solution non utilisée 28 jours. Changer la solution de nettoyage usagée après chaque jour de travail. Les solutions de désinfectant peuvent être utilisées au maximum pendant 7 jours en fonction des impuretés. En cas d'impuretés visibles, la solution de désinfectant doit être remplacée immédiatement.

Conditionnement
Bouteille de 2,5 l

Conservation
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Accessoires
Hygobox, Hygosonic.

Remarques générales
Utiliser la solution ID 212 dans un bac de désinfection fermé. Ne pas mélanger la solution ID 212 avec d'autres produits. Les instruments généraux, chirurgicaux ou rotatifs immergés peuvent rester jusqu'à 12 heures dans le bain de solution préparée d'ID 212. Tenir compte des remarques relatives à la compatibilité avec les matériaux, à l'entretien et au retraitement du fabricant des instruments. Pour le nettoyage d'instruments contaminés, nous recommandons aussi le nettoyant enzymatique pour instruments ID 215. Des écarts de couleur/odeur, en particulier en cas de stockage à la lumière du soleil, sont possibles. Ces altérations de la couleur ou de l'odeur sont cependant sans conséquence sur le pouvoir désinfectant du produit. Utilisation par du personnel spécialisé uniquement. Tout incident grave lié au produit doit être signalé rapidement au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre.

Indications de danger
La solution ID 212 est soumise à la classification et à la signalisation conformément au règlement CLP. Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité.
Concentré : Valeur pH : 12,0 – 13,0
Solution prête à l'emploi (2 %) : Valeur pH : 10,0-11,0

Rapports d'expertise indépendants et propres études
Les rapports d'expertise sont disponibles sur demande.

CE 0124

Utilisation		**Rapport concentration/ durée**
Recommandation d'utilisation pour la désinfection des instruments selon la VAH	Bactéricide/levuricide	2 % - 5 min.
Spectre d'action	**Contrôlé selon**	**Rapport concentration/ durée**
Bactéries et levures		
Bactéricide/levuricide	EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562	2 % - 5 min
Bactéricide / levuricide dans un bain à ultrasons	EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562	2 % - 5 min.
Tuberculocide dans un bain à ultrasons	EN 14348, EN 14563	2 % - 60 min
Virus		
Virucide à action limitée (virus enveloppés tels que VHB, VHC, VIH et coronavirus)	EN 14476, EN 17111	2 % - 15 min
	Directive RKI/DVV	2 % - 1 min
Adénovirus	EN 14476, EN 17111	4 % - 30 min.
Norovirus	EN 14476, EN 17111	4 % - 60 min.

Distribution
Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Allemagne
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricant
orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Allemagne
www.orochemie.de
info@orochemie.com

Date : 2023-07

DÜRR DENTAL